



NB 2275

Certificat de examinare UE de tip EU-type examination certificate

Număr RO-2275-15286, revizia 1

Number RO-2275-15286, revision 1

acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN ISO/IEC 17065:2
CERTIFICAT DE ACREDITARE
CON 041

Eliberat de
Issued by

MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE/ ROMANIAN MOVEMENT FOR QUALITY
str. Părului, nr. 8, Craiova, Dolj, România
T+4 0351 451047; F +4 0251 545553; mrc@rdscv.ro; www.mrc.ro

**În conformitate
cu**
According to

Directiva 2014/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare (reformare), Anexa III Contoare de apă (MI – 001), Anexa II Modulul B: Examinarea UE de tip
Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments (recast), Annex III Water Meters (MI-001), Annex II Module B: EU-Type Examination

Producător
Manufacturer

SENSOYLAR Klape Tesizat Malzeme Sanayi Ticaret Ltd.
Bakircilar ve Princler Sanayi Sitesi Menekse Caddesi No:13 Beylikduzu , Istanbul, Turkey

Referitor la
Concerning to

Contor de apă seria MERCAN MD-XX-T
Water meter MERCAN MD-XX-T series

Caracteristici
Characteristics

- Clasa de temperatură/ *Temperature class:* T30 sau/ or T50
- Domeniul temperaturii ambiante/*Ambient temperature range:* +5°C...+55°C
- Domeniul temperaturii apei/*Water temperature range:* 0.1°C...+30°C sau/ or 0.1°C...+50°C
- Presiunea maximă admisă/ *Maximum admissible pressure:* 16 bar

**Descriere și
documentație**
*Description and
documentation*

Mijlocul de măsurare corespunde cu cerințele directivei și este descris în Anexă, parte integrantă din prezentul certificat.
The measuring instrument meets the Directive's requirements and it is described in Annex, as part of this certificate.

Eliberat la
Issued on

29.10.2018

Valabil până la
Valid until

25.04.2025

Organism notificat nr. 2275
Notified Body no. 2275

Dr.ing. Maria Magdalena POENARU
DIRECTOR EXECUTIV



Certificatul fără semnătură și ștampilă nu este valabil. Prezentul certificat este valabil numai însoțit de Anexă. Certificatul are 13 pagini, inclusiv anexa.
Certificate without signature and stamp is not valid. The present certificate is valid only accompanied by Annex. The certificate has 13 pages, including the annex.