



Certificat de examinare CE de tip EC-type examination certificate

Număr RO-2275-15287, revizia 0

Number RO-2275-15287, revision 0

Eliberat de / **Issued by** **MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE/ ROMANIAN MOVEMENT FOR QUALITY**
str. Părului, nr. 8, Craiova, Dolj, România
T+4 0351 451047; F +4 0251 545553; mrco@rdscv.ro; www.mrco.ro

În conformitate cu / **According to** **Directiva 2004/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 31 martie 2004 privind mijloacele de măsurare, cu modificările ulterioare, Anexa I (Cerințe esențiale), Anexa MI-001 (Contoare de apă), Anexa B – Examinarea de Tip**
2004/22/EC Directive of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring instruments, as amended, Annex I (Essential requirements), Annex MI-001 (Water meters), Annex B – Type Examination

Producător / **Manufacturer** **SENSOYLAR Klapa Tesisat Malzeme Sanayi Ticaret Ltd.**
Bakircilar ve Princiler Sanayi Sitesi Menekse Caddesi No:13 Beylikduzu , Istanbul, Turkey

Referitor la / **Concerning to** **Contor de apă seria OYLAT MJH-XX-T**
Water meter OYLAT MJH-XX-T series

Caracteristici / **Characteristics**

- **Clasa de temperatură/ Temperature class:** **T90**
- **Domeniul temperaturii ambiante/Ambient temperature range:** **+5°C...+55°C**
- **Domeniul temperaturii apei/ Water temperature range:** **0,1°C...+90°C**
- **Presiunea maximă admisă/ Maximum admissible pressure:** **16 bar**

Valabil până la / **Valid until** **25.04.2025**

Descriere și documentație / **Description and documentation** **Mijlocul de măsurare corespunde cu cerințele directivei și este descris în Anexă, parte integrantă din prezentul certificat.**
The measuring instrument meets the Directive's requirements and it is described in Annex, a part of this certificate.

Eliberat la / **Issued on** **26.04.2015**

Organism notificat nr. 2275
Notified Body no. 2275

dr.ing. Maria Magdalena POENARU
DIRECTOR EXECUTIV



Certificatul fără semnătură și ștampilă nu este valabil. Prezentul certificat este valabil numai însoțit de Anexă. Certificatul are 10 pagini, inclusiv anexa.
Certificate without signature and stamp is not valid. The present certificate is valid only accompanied by Annex. The certificate has 10 pages, including the annex.