



## Certificat de examinare CE de tip EC-type examination certificate

Număr RO-2275-15287, revizia 0

Number RO-2275-15287, revision 0

**Eliberat de**  
*Issued by*

**MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE/ ROMANIAN MOVEMENT FOR QUALITY**

str. Părului, nr. 8, Craiova, Dolj, România

T+4 0351 451047; F +4 0251 545553; mrc@rdscv.ro; www.mrc.ro

**În conformitate cu**  
*According to*

**Directiva 2004/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 31 martie 2004 privind mijloacele de măsurare, cu modificările ulterioare, Anexa I (Cerințe esențiale), Anexa MI-001 (Contoare de apă), Anexa B – Examinarea de Tip**

*2004/22/EC Directive of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring instruments, as amended, Annex I (Essential requirements), Annex MI-001 (Water meters), Annex B – Type Examination*

**Producător**  
*Manufacturer*

**SENSOYLAR Klape Tesisat Malzeme Sanayi Ticaret Ltd.**

**Bakircilar ve Princçiler Sanayi Sitesi Menekse Caddesi No:13 Beylikduzu , Istanbul, Turkey**

**Referitor la**  
*Concerning to*

**Contor de apă seria OYLAT MJH-XX-T**

*Water meter OYLAT MJH-XX-T series*

**Caracteristici**  
*Characteristics*

- Clasa de temperatură/ *Temperature class:* **T90**
- Domeniul temperaturii ambiante/*Ambient temperature range:* **+5°C...+55°C**
- Domeniul temperaturii apei/ *Water temperature range:* **0,1°C...+90°C**
- Presiunea maximă admisă/ *Maximum admissible pressure:* **16 bar**

**Valabil până la**  
*Valid until*

**25.04.2025**

**Descriere și documentație**  
*Description and documentation*

**Mijlocul de măsurare corespunde cu cerințele directivei și este descris în Anexă, parte integrantă din prezentul certificat.**

*The measuring instrument meets the Directive's requirements and it is described in Annex, a part of this certificate.*

**Eliberat la**  
*Issued on*

**26.04.2015**

**Organism notificat nr. 2275**  
*Notified Body no. 2275*

**dr.ing. Maria Magdalena POENARU**  
**DIRECTOR EXECUTIV**



**Certificatul fără semnătură și ștampilă nu este valabil. Prezentul certificat este valabil numai însoțit de Anexă. Certificatul are 10 pagini, inclusiv anexa.**  
*Certificate without signature and stamp is not valid. The present certificate is valid only accompanied by Annex. The certificate has 10 pages, including the annex.*