

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE  
AB TİP İNCELEME SERTİFİKASI


Certificate No/ Sertifika No:	1984-MI001-24-002
Issued to/ Yayımlanan kuruluş:	ŞENSOYLAR KLAPE TES. MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BEYLİKDÜZÜ OSB MH. MENEKŞE CD. NO:13 BEYLİKDÜZÜ/ İSTANBUL/TÜRKİYE
In accordance with/ uygun olarak:	Annex II Module B of the Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments <i>Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 26 Şubat 2014 tarih ve 2014/32/EU sayılı ölçü aletlerinin piyasada bulundurulmasına ilişkin yasalarının uyumlaştırılmasına ilişkin Direktifinin Ek II B Modülü</i>
Type of instrument / Ölçü aleti türü:	Agricultural Type Mechanical Water Meter / <i>Tarımsal Tip Mekanik Su Sayacı</i>
Type designation / Tip Tanımı:	YIGIT W-XX-T, XX:DN(Diameter) Value. / <i>YIGIT W-XX-T, XX:DN(Çap) Değeri.</i> DN Values: 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 / <i>DN Değerleri: 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300</i>
Characteristics / Karakteristik Özellikler	Accuracy Class / <i>Doğruluk Sınıfı: 2</i> Ambient Temperature Range / <i>Ortam Sıcaklığı Aralığı: +5 °C to +50 °C / +5 °C ila +50 °C</i> Temperature Class / <i>Sıcaklık Sınıfı: T30 and T50 / T30 ve T50</i> Maximum Admissible Pressure / <i>Kabul Edilebilir En Yüksek Basınç: 16 Bar / 16 Bar</i> Pressure Loss Class / <i>Basınç Kaybı Sınıfı: ΔP25 for YIGIT W-50-T model, ΔP10 for other models / YIGIT W-50-T modeli için ΔP25, diğer modeller için ΔP10.</i> The Installation Sensitivity Class / <i>Kurulum Duyarlılığı Sınıfı: U10/D5</i> Orientation Limitation / <i>Yön Sınırlaması: Horizontal (H) / Yatay</i>

The conformity with the essential requirements in Annex 1 of the 2014/32/EU Measurement Instrument Directive is met by the application of OIML R49:2013, EN ISO 4064:2014 The principal characteristics and conditions for certification are set out in the descriptive annex to this certificate. / *2014/32/AB Ölçü Aleti Yönetmeliği'nin Ek 1'indeki temel gerekliliklere uygunluk, OIML R49:2013, EN ISO 4064:2014 'ün uygulanmasıyla karşılanmaktadır. Belgelendirme için temel özellikler ve koşullar, bu belgenin açıklayıcı ekinde belirtilmektedir.*

Date of issue/ Yayımlanma tarihi:	06.05.2024
Valid until/ Geçerlilik süresi:	05.05.2034
Number of pages/ Sayfa sayısı:	13
Issued by/ Yayımlayan:	Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş., notified body number 1984 Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş., onaylanmış kuruluş no 1984



Muhteşem Gökhan YÜCEL  
Onaylanmış Kuruluş Başkanı / Head of Notified Body



This document is issued under the provision that no liability is accepted and that the applicant shall indemnify third party liability. Reproduction of the complete document only is permitted. Certificate without signature is not valid. Printed e-signed Certificate is uncontrolled document. The designation of Kiwa Notified Body can be verified at <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando>

*Bu doküman, sorumluluk kabul edilmeyeceği ve başvuranın üçüncü tarafın zararını ödeyeceği hükmü ile yayımlanmıştır. Dokümanın sadece tamamının çoğaltılmasına müsaade edilir. İmzasız Sertifikalar geçersizdir. Baskısı alınmış e-imzalı Sertifikalar, kontrolsüz doküman niteliğindedir. Kiwa'nın Onaylanmış Kuruluş olarak tayin edildiği şu adresten doğrulanabilir:*

<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando>